



# 包装変更のお知らせ

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

**コージネイト®FS バイオセット 注250/500/1000/2000**

2014年1月

バイエル薬品株式会社

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「コージネイト®FS バイオセット 注250/500/1000/2000」の包装に同梱しております、注射用水プレフィルドシリンジのトレー フィルムの糊付け方法を変更いたしますことをご案内申し上げます。本変更に伴う各種コード・番号に変更はございません。

今後とも尚一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

## 記

### ■ 変更内容

注射用水プレフィルドシリンジのトレー フィルムの糊付け方法

※新装置の導入により、フィルムのしわを減らし、糊付けの強さはそのままに、はがしやすくなりました。

### ■ 対象製品の製造番号および出荷予定時期

販売名	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
コージネイト®FS バイオセット 注250	341103811	JPR4165	2013年12月中旬
コージネイト®FS バイオセット 注500	341103828	未定	2014年4月下旬
コージネイト®FS バイオセット 注1000	341103835	JPR4166	2014年1月中旬
コージネイト®FS バイオセット 注2000	341109349	JPR4383	2014年1月上旬

※流通在庫の関係から出荷時期は前後する場合がございますが、何卒ご了承承賜りますようお願い申し上げます。

■ 変更内容詳細 (製剤写真)

現 行



変更後



患者さまにはより簡便にトレーのフィルムをはがしていただくことができます。